

# | Sensori trauma

Dotati di Pulsossimetria Measure-through Motion and Low Perfusion™ Masimo SET®



I sensori trauma configurano automaticamente i dispositivi Masimo SET® e rainbow SET™ per garantire tempi di calcolo della media più rapidi e impostazioni di sensibilità massima

## Opzioni del Sensore trauma




- > Il design di VelAid™ SofTouch consente l'applicazione e il riposizionamento rapidi e sicuri del sensore
- > Il fissaggio con chiusura rapida "hook and loop" mantiene saldo il sensore, anche quando la sede è bagnata



RD SET™ TRAUMA



LNCS® TRAUMA



M-LNCS™ TRAUMA

## Specifiche tecniche

### ACCURATEZZA (ARMS)<sup>1</sup>

Saturazione dell'ossigeno (SpO <sub>2</sub> %) Intervallo di precisione.....	70%–100%
In assenza di movimento - pazienti adulti .....	2%
In movimento - pazienti adulti .....	3%
Adulti a bassa perfusione .....	2%

Intervallo di precisione frequenza cardiaca (BPM) .....	25–240 bpm
In assenza di movimento - pazienti adulti .....	3 bpm
In movimento - pazienti adulti .....	5 bpm
Adulti a bassa perfusione .....	3 bpm

### INFORMAZIONI

Monopaziente / Non sterile / In confezione da 20 unità / Non contiene lattice di gomma naturale

### INTERVALLO PESO

RD SET Trauma .....	>30 kg, applicazione su dito
LNCS Trauma .....	>30 kg, applicazione su dito
M-LNCS Trauma .....	>30 kg, applicazione su dito

### INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

RD SET Trauma .....	4011
LNCS Trauma .....	2411
M-LNCS Trauma .....	2521

<sup>1</sup> La Precisione ARMS è un calcolo statistico della differenza fra le misure del dispositivo e le misure di riferimento. In uno studio controllato, circa due terzi delle misurazioni del dispositivo sono rientrati entro  $\pm$  ARMS delle misure di riferimento.

Per uso professionale. Per informazioni complete sulle prescrizioni, compresi messaggi di avvertenza, indicazioni, controindicazioni e precauzioni, leggere le istruzioni per l'uso.

**Masimo U.S.**  
Tel: 1 877 4 Masimo  
info-america@masimo.com

**Masimo International**  
Tel: +41 32 720 1111  
info-international@masimo.com

